

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：肥料中三聚氰胺含量的测定 离子色谱法 承办人：孙明星、闵红 共 1 页 第 1 页

标准项目起草单位：上海检验检疫局原材料中心、上海化工研究院等

电话：021-38620733

2014 年 12 月 15 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理意见
1	正文开 头	增加实验中使用有毒有害化学试剂安全使用提示。	上海化工研究院	采纳。增加警告用语。
2	1 范围	“范围”建议改为“含氮固体肥料”。	上海市农科院	不采纳。肥料中混入三聚氰胺，不一定是为了增加氮含量，有时候也是造粒需要。因此，不仅针对含氮固体肥料建立此方法。
3	7	增加双氰胺（DCD）的定性干扰试验，并尽快给出实验结论。	内蒙古辽中京化工有限责任公司	采纳。经试验证明，双氰胺对此方法无干扰。
4	7.1	7.1 中，由于三聚氰胺溶解度与温度有一定关系，需要确定一下超声溶解时的温度？	泰州市产品质量 监督检验所	不采纳。室温下即可达到所分析浓度的溶解要求，故无需规定超声温度。
5	7.5	尽快完成精密度验证等试验。	工作会议提出	采纳。已完成精密度试验。
6	编制说明	编制说明中建议补充关于多次分析三聚氰胺保留时间变化的统计数据？尤其是针对复杂样品下的保留时间的重复性及不同浓度下保留时间的变化偏离情况。	泰州市产品质量 监督检验所	不采纳。三聚氰胺保留时间受样品基底和浓度影响较小，使用三聚氰胺标准溶液可以对同一批次不同浓度定性并定量。

- 说明：
- 1、发送《征求意见稿》的单位数：95 个；
 - 2、收到《征求意见稿》后，回函或参加工作会议的单位数：72 个；
 - 3、收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5 个。
 - 4、没有回函的单位数：23 个。